Sonstige Hinweise und Nutzungsdauer

Vor jedem Einsatz und nach jeder Reinigung empfehlen wir das Produkt auf Mängel und Schäden zu kontrollieren. Ständige Kontrolle und eine sorgfältige Handhabung verlängern die Nutzungsdauer des Produkts. Bügeln Sie das VarioSlide Glove nur mit sehr geringer Temperatur.

Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender

Grundsätzlich müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.

Wiedereinsatz/Patientenwechsel

Ein Wiedereinsatz der Kubivent Transferhilfen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion sowie anschließende Kontrolle auf Schäden am Produkt.

Bei Schäden und sonstigen Mängeln sollte das Produkt nicht mehr verwendet und ausgetauscht werden.

Eine Wiedereinsatzreinigung entsprechend den Anforderungen des MPG wird von uns derzeit nicht angeboten.

Für nähere Informationen setzen Sie sich bitte direkt mit unserem Kundenservice-Center in Urbach in Verbindung (Tel.: 07181/47506-0 oder per Mail info@kubivent.com).

Herstellung und Vertrieb

Kubivent Transferhilfen werden ausschließlich von der Firma Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben. Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: _____

mit der Produkt-Nummer: _____

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 2-jährige Garantie gilt für Material- und Herstellungsfehler bei sachgerechter Anwendung. Und ist nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg gültig.

_____

Datum/Stempel/Unterschrift

KUBIVENT

KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme
Robert-Bosch-Str. 8 · 73660 Urbach
Telefon: 07181 / 47506-0 · Fax: 07181 / 47506-99
info@kubivent.com · www.kubivent.com

Änderungen vorbehalten · Stand 03/2019

Gebrauchsanleitung

KUBIVENT **VarioSlide Glove**

Handschuhe mit Gleitfunktion zur Reduzierung von Scherkräften und Reibungswiderständen

CE

Made in Germany

KUBIVENT

Produkt-Beschreibung

Handschuhe mit sehr gleitfähiger Oberfläche für den flexiblen Einsatz bei der Mobilisation

Indikation / Zweckbestimmung

- Gleithandschuh zur Glättung und Korrektur von Hautverzerrungen und Kleidungsfalten
- Unterstützung bei der Positionierung im Sitzschalen-Rollstuhl
- Unterstützung beim Anziehen von Kleidungsstücken bei Spastik-Patienten

Kontraindikation

Kontraindikationen sind nicht bekannt. Aber auch hier gilt:
Das individuelle Krankheitsbild muss beachtet werden.

Anwendung

Nach der Mobilisation, Umsetzung oder Umlagerung der Patienten entstehen Hautverzerrungen, Falten und Unebenheiten an Kleidung, Bett- oder Kissenbezügen. Mit Hilfe des Kubivent VarioSlide Glove lassen sich schnell und einfach Korrekturen dieser Unebenheiten vornehmen, um der Gefahr von Druckstellen vorzubeugen. Die gleitfähige Stoffqualität minimiert den Reibungswiderstand und bringt den Handschuh problemlos und einfach zwischen Patient und Auflagefläche. Fahren Sie mit Handschuh einfach an den betroffenen Stellen durch und glätten es aus. Dabei zeigt die Handinnenfläche im Handschuh immer zum Patienten.

Beim Umsetzen von Personen beispielsweise in eine Sitzschale können die Handschuhe als Unterstützung eingesetzt werden um die Person in die optimale Position zu bringen. Dabei werden beide Handschuhe V-förmig in den Stuhl gelegt. Nach dem Aufsetzen der Person kann die korrekte Position durch die hohe Gleitfähgkeit der Handschuh-Oberfläche bequem erreicht werden. Nach dem Platzieren werden die Handschuhe bequem und einfach wieder nach hinten, zum Gesäß, herausgezogen.

Bei Spastik-Patienten können die Handschuhe über die Hände des Patienten gezogen werden um beim Anziehen der Kleidungsstücke bequem und einfach ohne zu „verkanten“ arbeiten zu können.

- Wenn Ihnen die Anwendung der Transferhilfen nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
- Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller zu melden sind.

Technische Daten

Größe in cm / Durchmesser	Artikelnummer	Gewicht in g
45 x 20	THVSG4520	36

Material: 100 % Polyamid-Faser

Reinigung

Das VarioSlide Glove kann in der Waschmaschine oder durch Handwäsche gewaschen werden. In keinem Fall sollte ein Weichspüler verwendet werden.

Anwendung: Bei der Handwäsche kann das VarioSlide Glove mit einem Tuch abgewischt und gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann zusätzlich ein mildes, haushaltsübliches Reinigungsmittel z.B. Seife verwendet werden.

Reinigung in der Waschmaschine: Das VarioSlide Glove kann in der Waschmaschine bei 95 °C gewaschen werden. Bitte beachten Sie, dass die hohe Temperatur ein Größenverlust von bis zu 2 cm nach dem ersten Waschen nach sich ziehen kann. Wir empfehlen eine 60 °C Wäsche und die Trocknung im Wäschetrockner bei schwacher Temperatur. In keinem Fall sollte ein Weichspüler verwendet werden.

Desinfektion

Das VarioSlide Glove kann problemlos wisch- und flächendesinfiziert werden. Die handelsüblichen auf Alkoholbasis hergestellten Desinfektionsmittel können sowohl in einem Fachhandel oder alternativ in einem Drogeriemarkt erworben werden.

Anwendung: Unabhängig vom Desinfektionsmittel sollten vor der Desinfektion unbedingt die Sicherheits- und Anwendungshinweise vom Desinfektionsmittel-Hersteller beachtet werden. Benetzen Sie alle Flächen und lassen Sie das Mittel in der vom Hersteller vorgeschriebenen Zeit einwirken. Die Wirkstoffe des Mittels müssen direkt auf die Fläche gelangen, bei gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln kann das Mittel mit Hilfe einer Sprühflasche oder einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch auf die zu desinfizierende Fläche gebracht und mit Wischbewegungen desinfiziert werden. Grobe Verschmutzungen können die volle Benetzung verhindern und sollten vor der Desinfektionsmaßnahme entfernt werden. Nur so kann die volle Wirkung des Mittels erreicht werden. Waschen Sie das Desinfektionsmittel nach einer Wischdesinfektion nicht mit Wasser ab und lassen Sie es an der Luft abtrocknen. Beim Einsatz von Konzentraten beachten Sie zudem die vom Hersteller beschriebenen Dosierungsinformationen.

Desinfektion in der Waschmaschine: Bei Verwendung eines Desinfektionsvollwaschmittels kann die Desinfektion beim Waschen in der Waschmaschine vorgenommen werden. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise vom Desinfektionsmittelhersteller. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder auf der Packungsbeilage vom Desinfektionsmittel-Hersteller zu finden ist. Beachten Sie zudem unsere Wasch-Hinweise unter dem Punkt „Reinigung“.

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Sicherheitshinweise

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe ist zu vermeiden.